

Säkerhetsmeddelande till marknaden
Invacare NordBed Kid säng - Manövrering av det nedfällbara sidogrinden

Datum: 5 februari 2024

Ref. Invacare: 2024_FSN_Invacare NordBed Kid

Ref. MPA: 6.6.2-2023-100835

Viktig information om NordBed Kid

Med tanke på våra användares säkerhet vill vi uppmärksamma er på korrekt användning och montering av NordBed Kid, när den används med den nedfällbara sidogrinden.

Under utvecklingen av en ny produkt utförs validering och verifiering för att säkerställa att produkten uppfyller internationella standarder och fungerar som avsett. Dessutom tillhandahålls bruksanvisningar för att hjälpa användarna att använda produkterna på ett säkert och korrekt sätt.

Invacare fick kännedom om 3 liknande tillbud relaterade till Invacare NordBed Kid i Sverige. Invacare vill därför påminna om korrekt användning och installation av NordBed Kid när den används med den nedfällbara sidogrinden.

Invacare NordBed Kids bruksanvisning förklarar redan i detalj korrekt användning och hantering av den nedfällbara sidogrinden (NordBed Kids bruksanvisning, avsnitt: "4.5.1 Använda den nedfällbara sidogrinden"). Det visade sig dock att instruktionerna kunde förbättras för att ta bort vissa oklarheter som kan ha orsakat missförstånd och därmed lett till felaktig användning av sidogrinden, vilket leder till felaktig användning av sidogrindar.

Därför har Invacare beslutat att förbättra dessa instruktioner för användning med tydligare bilder och förklaringar. Invacare beslutade att proaktivt utnyttja möjligheten att även förbättra servicehandboken.

Bifogat till detta säkerhetsmeddelande finns två dokument som visar de ovan nämnda uppdateringarna:

- 1. Tillägg till NordBed Kid Användarmanual - Artikelnummer 60136430-A**
- 2. Tillägg till NordBed Kid Service Manual - Artikelnummer 60136463-A**

Varför blir du kontaktad?

Denna information är relevant för alla användare av Invacare NordBed Kid-sängen som används med den nedfällbara sidogrinden. Enligt våra uppgifter har du fått en eller flera Invacare NordBed Kid-sängar som kan användas eller kan komma att användas i framtiden, med det nedfällbara sidogrinden.

Vilka åtgärder krävs?

- 1. Återförsäljaren ska informera och leverera tillägget till användarhandboken till alla berörda slutanvändare.**
- 2. Återförsäljaren ska spara tillägget till servicehandboken tillsammans med den aktuella servicehandboken.**

Vänligen se till att informationen i detta meddelande görs tillgänglig för all relevant personal inom din organisation och / eller kundbas, och att medvetenheten upprätthålls under en lämplig period.

Invacare bekräftar att de relevanta behöriga myndigheterna har informerats om detta

Säkerhetsmeddelande.

Tack för din omedelbara uppmärksamhet på denna viktiga fråga.

Vi uppskattar ditt samarbete.

Om du har några frågor angående detta säkerhetsmeddelande eller om du behöver ytterligare information, vänligen kontakta oss på:

Invacare AB

Email: tillbud@invacare.com

Tel.: 08-761 70 90 vx