



Yes, you can.®

---

# Rekonditioneringsmanual

Svenska



**rea Focus™**




Confidence in posture solutions



# Innehåll

Produktbeskrivning	3
Tvätt och desinfektion	4
Rekonditionering	5
Tillbehör	6
Checklista	7

## Produktbeskrivning Rea<sup>®</sup> Focus



**Rea<sup>®</sup> Focus** är en allround rullstol anpassad för brukare som behöver stöd vid sittande och en lättrollad rullstol. Den fasta sittplattan främjar en upprätt sittställning som tillsammans med olika kroppsstöd ger en säker sittställning. För att tillgodose våra kunders krav är Rea<sup>®</sup> Focus mycket enkel att rekonditionera då stolen är tillverkad med mycket hög teknisk kvalitet. Detta innebär även att Rea<sup>®</sup> Focus har lågt servicebehov och hög kompatibilitet med andra Rea<sup>®</sup> rullstolar samt att den är enkel att justera.

Rea<sup>®</sup> Focus ger brukaren en möjlighet till ett rikt socialt liv i de dagliga aktiviteterna. Den individuellt ställbara sittplattan stimulerar till en upprätt sittposition. I kombination med biangulärt ryggstöd ger Rea<sup>®</sup> Focus med individuellt ställbart ryggstöd en komfort och ett stöd som följer formen på ryggraden. Ett stabilt sittande innebär att brukaren använder sin energi till att köra istället för att hålla kroppen upprätt.

Tack vare sin unika grindkonstruktion ger Rea<sup>®</sup> Focus ett lågt rullmotstånd. Detta innebär att Rea<sup>®</sup> Focus blir mycket lätt att köra. Drivhjulen kan positioneras för att uppnå individuell sittvinkel, balans och sitthöjd.

Med bara ett verktyg kan man justera drivhjulens balans, sitthöjd och vinkel, sittdjup, bredd, ryggstödshöjd och ryggstödsvinkel.

Dessa möjligheter gör det väldigt enkelt för brukaren att anpassa rullstolen för optimal passform och körning samt passar alla brukares individuella krav. Inga lösa skruvar!

Rea<sup>®</sup> Focus väger från 17 kg. Rea<sup>®</sup> Focus är enkel att fälla ihop vid transport och ett handtag i mitten av sitsen underlättar lyft.

Rea<sup>®</sup> Focus ram, benstöd och drivringar är tillverkade i aluminium av hög kvalitet. Sårbara delar, teleskopiska ryggstödet och de inre benstödsrören, är gjorda i stål. Sitsen är gjord i plast och är lätt att tvätta. Sittdynan är gjord av polyester eller plysch.

# Tvätt och Desinfektion

1. Tag av ställbara, löstagbara klädselar och tvätta dessa i tvättmaskin, enligt tvättanvisningarna på respektive klädsel.
2. Är rullstolen mycket smutsig rekommenderar vi att rygg plockas bort så att stolen lättare kan spolas ren.
3. Spola av rullstolen med högtrycksstråle eller vanlig vattenstråle beroende på smutsgrad. Spruta ej mot lagringar och dräneringshål. Tvättas rullstolen i tvättmaskin skall gradantalet ej överstiga 60 grader.
4. För att desinficera stolen spaya den med sprit.
5. Spraya rullstolen med tvättmedel t.ex. fordonstvättmedel med vax.
6. Låt tvättmedlet verka någon minut.
7. Spola av stolen med högtrycksstråle eller vanlig vattenstråle beroende på smutsgrad. Spruta ej direkt mot lagringar och dräneringshål.
8. Kontrollera att stolen är ren.
9. Låt stolen torka i torkrum. Plocka bort de delar där vatten lätt samlas. Om stolen är tvättad i maskin rekommenderar vi att den även blåses av med tryckluft.
10. Kontrollera att stolen är torr, torka med trasa vid behov. Kontrollera även att samtliga märklappar är tydliga om inte, byt ut dem. (Tiltdekalor, märketiketter för transportfästpunkter o.dyl.)
11. Är stolen ej så smutsig kan man nöja sig med att spraya den med sprit och eftertorka med en trasa.
12. Rullstolen är nu klar att rekonditionera. Skriv din signatur att stolen är ren.

## **Dartex**

Ytlig smuts avlägsnas genom att torka med en mjuk trasa med vatten och rengöringsmedel. Vid svårare nedsmutsning och risk för smitta torkas först med sprit, sedan med varmt vatten och rengöringsmedel. Särskilda desinfektionsmedel kan användas om tillverkarens bruksanvisning efterföljs. Tvättas klädseln i maskin, tvätta vid 60 grader.

# Rekonditionering

Vi rekommenderar att alla rörliga delar smörjs med en torr teflonbaserad spray, t.ex. Viso 900-B5 om de kärvar eller gnisslar.

**Skruvar och muttrar:** Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.

**Chassi:** Samtliga delar skall kontrolleras med avseende på sprickbildning eller andra skador. Kontrollera speciellt i anslutning till svetsar. Upptäcks skador skall chassit bytas ut helt.

**Rygg:** Kontrollera att ryggvinklingen går lätt att justera.

**Körhandtag:** Kontrollera att körhandtagen sitter stabilt och att skruvarna är åtdragna.

**Rygg- och sittklädsel:** Kontrollera att kardborrbanden är hela och fäster, att klädseln är hel om inte rekommenderar vi att söndrig del byts ut.

**Sidostöd/armstöd:** Kontrollera att de är hela och lätta att ta av och på.

**Benstöd:** Kontrollera att funktionerna fungerar, tag på och av benstödet, höjinställning av fotplattan, höjd- och djupinställningen av vadplattan, vinklinsmöjligheten av fotplattan. Om vadplattan är trasig rekommenderar vi att den byts ut.

**Tippskydd:** Kontrollera att tippskyddet går lätt att höja och sänka, att skruvarna som håller tippskyddet på plats och i rätt läge är åtdragna.

**Drivhjulsfäste:** Kontrollera att drivhjulsfästets skruvar är åtdragna. Att mutterstycket är rätt placerat och åtdraget med manuell och kalibrerad momentnyckel som är inställd på 40 Nm.

**Drivhjul:** Vi rekommenderar att däcken byts ut om mönstret är nedslitet. Saknas det ekrar eller om de är lösa, ersätt de saknade och spänn de lösa. Framförallt på massiva hjul finns risk att ekrarna blir lösa. Skruva fast drivringen om den är lös. Känn på drivringen att den är slät och inte några vassa kanter har uppkommit byt i så fall ut den. Kontrollera att drivhjulsexeln är helt instucken i mutterstycket, så att de två låskulorna sticker ut bakom mutterstycket och låser axeln. Kontrollera lufttrycket i däcken. Rätt lufttryck finns angivet på däcken.

**Länkhjul:** Tag bort länkhjulet och gör rent länkhjulsgaffel och hjul från hår och annan smuts. Montera på länkhjulet och kontrollera att hjulet snurrar lätt både i rotation och svängning. Är länkhjulen luftpumpade kolla tryck och pumpa. Rätt lufttryck finns angivet på däcken, är länkhjulen massiva kolla sprickbildning och gör en bedömning om de behöver bytas ut.

**Blockbroms:** Kontrollera att bromstappen inte är nedsliten, om den är det bör tappan bytas ut av säkerhetsskäl. Kontrollera att alla skruvar är åtdragna. Provbromsa stolen med rätt lufttryck i däcken, då skall bromstappen i bromsat läge trycka ned däckets 5 mm.

**Vårdarmanövrerad broms:** Kontrollera att stolen bromsar, om inte kan vajern justeras på två ställen. Uppe vid handtaget och nere vid hjulnavet. Kontrollera även att det inte är något brott på vajerhöljet, om så är fallet byt ut det. Spänn vajern tills bra bromsverkan erhållits.

**Verktyg:** Kontrollera att insexnyckeln sitter på plats på sitsen.

# Tillbehör

Vi rekommenderar att alla rörliga delar smörjs med en torr teflonbaserad spray, t.ex. Viso 900-B5 om de kärvar eller gnisslar.

**Skrubar och muttrar:** Kontrollera att samtliga skruvar och muttrar är åtdragna.

**Huvud- och huvudstöd med käkstöd:** Kontrollera att sidledsjustering och vinkeljustering av "vingarna" fungerar. Kontrollera även att minnesfunktionen finns (efter 2005).

**Nackstöd:** Kontrollera att minnesfunktionen finns (efter 2005).

**Bålstöd Multifunktional från 2005:** Kontrollera att vinkeljusteringen fungerar, och att minnesfunktionen finns.

**Bendelare:** Kontrollera att justeringen i djupled fungerar (före 2005).

## Bord

Vidmontering av bordsfäste efter demontering skonas gängen betydligt genom att man försöker hitta gängen med skruven innan den fästs med verktyg.

# CHECKLISTA

	OK	ANM	SIGN
<b>TVÄTT</b>			
<b>REKONDITIONERING:</b>			
Skrubar och muttrar			
Chassi			
Körhandtagsbygel			
Ryggklädsel			
Sittklädsel			
Rygg			
Ryggbygel			
Ryggvinkling			
Ryggfällning			
Komfortrygg			
Sits			
Sidostöd/Armstöd			
Fotplattor			
Benstöd			
Tippskydd			
Tilt			
Gummihandtag			
Drivhjulsfäste			
Drivhjul			
Länkhjul			
Blockbroms			
Vinkelställbar länkhjulsupph.			
Vårdarmanövrerad broms			
Verktyg			
<b>PROVKÖRNING:</b>			
Stolen ska gå rakt			
Lätt att köra			
<b>LEVERANSKONTROLL:</b>			
Skicka med en manual			



**Invacare Rea AB**  
**Växjövägen 303 S-343 71 DIÖ, SWEDEN**

---

**Belgium & Luxemburg:**

Invacare nv, Autobaan 22, B-8210 Loppem  
Tel: (32)(0)50 83 10 10, Fax: (32)(0)50 83 10 11, [belgium@invacare.com](mailto:belgium@invacare.com)

**Danmark:**

Invacare A/S, Sdr. Ringvej 37, DK-2605 Brøndby  
Tel: (45)(0)36 90 00 00, Fax: (45)(0)36 90 00 01, [denmark@invacare.com](mailto:denmark@invacare.com)

**Deutschland:**

Invacare Aquatec GmbH, Alemannenstraße 10, D-88316 Isny  
Tel: (49)(0)75 62 7 00 0, Fax: (49)(0)75 62 7 00 66, [info@invacare-aquatec.de](mailto:info@invacare-aquatec.de)

**Eastern Europe, Middle East and Africa:**

Invacare European Distributor Organisation, Kleiststraße 49, D-32457 Porta Westfalica  
Tel: (49)(0)57 31 754 540, Fax: (49)(0)57 31 754 541, [edo@invacare.com](mailto:edo@invacare.com)

**España:**

Invacare SA, c/Areny, s/n, Poligon Industrial de Celrà, E-17460 Celrà (Girona)  
Tel: (34)(0)972 49 32 00, Fax: (34)(0)972 49 32 20, [contactsp@invacare.com](mailto:contactsp@invacare.com)

**France:**

Invacare Poirier SAS, Route de St Roch, F-37230 Fondettes  
Tél. : (33)(0)2 47 62 64 66, Fax : (33)(0)2 47 42 12 24, [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)

**Ireland:**

Invacare Ireland Ltd, Unit 5 Seatown Business Campus, Seatown Road, Swords, County Dublin  
Tel: (353)1 810 7084, Fax: (353)1 810 7085, [ireland@invacare.com](mailto:ireland@invacare.com)

**Italia:**

Invacare Mecc San s.r.l., Via dei Pini 62, I-36016 Thiene (VI)  
Tel: (39)0445 38 00 59, Fax: (39)0445 38 00 34, [italia@invacare.com](mailto:italia@invacare.com)

**Nederland:**

Invacare BV, Celsiusstraat 46, NL-6716 BZ Ede  
Tel: (31)(0)318 695 757, Fax: (31)(0)318 695 758, [nederland@invacare.com](mailto:nederland@invacare.com), [csede@invacare.com](mailto:csede@invacare.com)

**Norge & Island:**

Invacare AS, Grensesvingen 9, Postboks 6230, Etterstad, N-0603 Oslo  
Tel: (47)(0)22 57 95 00, Fax: (47)(0)22 57 95 01, [norway@invacare.com](mailto:norway@invacare.com), [island@invacare.com](mailto:island@invacare.com)

**Österreich:**

Mobitec Mobilitätshilfen GmbH, Herzog Odilostraße 101, A-5310 Mondsee  
Tel.: (43)6232 5535 0, Fax.: (43)6232 5535 4, [office@mobitec-austria.com](mailto:office@mobitec-austria.com), [austria@invacare.com](mailto:austria@invacare.com)

**Portugal:**

Invacare Lda, Rua Estrada Velha, 949, P-4465-784 Leça do Balio  
Tel: (351) (0)225 1059 46/47, Fax: (351) (0)225 1057 39, [portugal@invacare.com](mailto:portugal@invacare.com)

**Sverige & Suomi:**

Invacare AB, Fagerstagatan 9, S-163 91 Spånga  
Tel: (46)(0)8 761 70 90, Fax: (46)(0)8 761 81 08, [sweden@invacare.com](mailto:sweden@invacare.com), [finland@invacare.com](mailto:finland@invacare.com)

**Switzerland:**

Mobitec Rehab AG, Benkenstrasse 260, CH-4108 Witterswil  
Tel: (41)(0)61 487 70 80, Fax: (41)(0)61 487 70 81, [office@mobitec-rehab.ch](mailto:office@mobitec-rehab.ch), [switzerland@invacare.com](mailto:switzerland@invacare.com)

**United Kingdom:**

Invacare Ltd, South Road, Bridgend Industrial Estate, UK-Bridgend CF31 3PY  
Tel: (44)(0)1656 664 321, Fax: (44)(0)1656 667 532, [uk@invacare.com](mailto:uk@invacare.com)