

Programmation commandes spéciales mo-Vis

Dans le cadre de la prestation de montage des produits mo-Vis proposé par la société Invacare®, nous vous proposons de personnaliser la programmation en fonction des besoins de l'utilisateur.

Pour se faire nous mettons en place ce questionnaire permettant de connaître vos attentes afin de construire la structure du programme. La programmation est incluse dans la prestation de montage

Pour information nous ne travaillons que sur la structure des programmes, l'adaptation de la conduite devant se faire avec l'utilisateur, nous ne pouvons effectuer ces réglages. Vous pouvez néanmoins nous indiquer une vitesse maximale que doit atteindre le fauteuil, pour ce paramètre nous pouvons ajuster les fonctions de conduite en conséquence.

Les fonctions attribuées à la commande spéciale

Nombre de fonction de conduite :

- 1 fonction de conduite
- 2 fonctions de conduite
- 3 fonctions de conduite
- Plus : précisez le nombre de fonctions :

Fonctions d'assise à activer :

- Toutes
- Assise
- Dossier (le dossier peut être désactivé dans le cadre d'une installation de corset siège)
- Repose-jambes
- Dossier et repose-jambe
- Autre association de fonction d'assise, précisez :

Fonctions klaxon, équipement route :

- Klaxon
- Phare
- Warning
- Clignotants

Emulation Souris, contrôle d'environnement

Fonctions émulation souris :

- 1 fonction Bluetooth® Apple Android
- 2 fonctions Bluetooth® Apple Android
- 3 fonctions Bluetooth® Apple Android

Pour aller plus loin, besoin de double-clic, de clic maintenu, précisez votre demande :

Module d'entrée pour téléthèses (contrôle d'environnement, appareils de communications)

- Oui
- Non

Par défaut 4 contacts correspondant à chaque direction seront activés, les diagonales pour activer deux contacts simultanément seront autorisées.

Si besoin d'un autre mode d'accès, merci de préciser :

Navigation :

Mode d'accès aux différentes fonctions :

- Navigation par contacteur
- Navigation par grille
- Navigation par temporisation
- Navigation par défilement

Commande au menton électrique mo-Vis (si installée) :

Escamotage vertical ou horizontal :

- Vertical
- Horizontal

Fonctionnement du contacteur branché sur commande au menton :

- Instantané (rétractation et retour pendant la durée de l'appui)
- Maintenu (un appui, la commande se rétracte et revient automatiquement)

Les fonctions attribuées aux contacteurs :

Par défaut lors de l'utilisation de deux contacteurs un contacteur est dédié au marche/arrêt, le second au défilement des fonctions par appui court, des profils par appui long. Si ce mode de fonctionnement vous convient, veuillez cocher la case ci-dessous. Dans ce cas il est inutile de renseigner individuellement le rôle de chaque contacteur.

Paramétrage par défaut

Lorsqu'un marche/arrêt est déclaré, le contacteur ne peut avoir que cette fonction.

Pour d'autres usages le contacteur peut être utilisé pour deux fonctions différenciées par un temps d'appui paramétrable et/ou générer des actions dépendantes de la fonction active.

Les possibilités actuelles sont si nombreuses qu'il est impossible de les lister, veuillez préciser ci-dessous le rôle de chaque contacteur. (Changement de fonction, usage d'un élément d'assise spécifique, phare, émulation souris...)

Fonction(s) du premier contacteur :

Fonction(s) du deuxième contacteur :

Fonction(s) du troisième contacteur :

Temps d'activation entre appui court et appui long :

Par défaut 0,7s, autre à préciser ici :

Fonctionnement général du système, autres demandes :

Une mise en veille, un démarrage sur une fonction précise, mise en place d'un mode « rest », un retour sonore à chaque changement de fonction, un mode quatre quadrants pour les éléments d'assise, des besoins spécifiques sur la double commande ou la commande principale, limitation de la vitesse maximale, modifications de l'utilisation du boîtier de commande principal ?

Veillez préciser vos besoins sur cette page.