Industrie Service

BESCHEINIGUNG

1 HERSTELLER

Invacare Deutschland GmbH
Kleiststraße 49
D-32457 Porta Westfalica

2 NUMMER DER BESCHEINIGUNG

Z / 50507 / 05

3 INHABER DER BESCHEINIGUNG

Invacare Deutschland GmbH
Kleiststraße 49
D-32457 Porta Westfalica

4. AUSSTELLENDE PRÜFSTELLE

Industrie Service

TÜV Industrie Service GmbH
TÜV SÜD Gruppe
Westendstrasse 199
D-80686 München

Telefon: 089/5791-11 54
Telefax: 089/5791-2 8 88
E-mail: Ralf.Schirmer@tuev-sued.de

5. PRÜFBERICHT

Nr.: 669 037 **Datum:** 29.06.2005

6. MESS- UND PRÜFVERFAHREN

2/2000 MDS-Hi – Stand: 04.05.2000

7 BESCHREIBUNG DES GERÄTS BZW. DER MASCHINE

Produktgruppe: Sauerstoffkonzentrator für medizinische Zwecke

Seriennummer: 05D737159

8 BETRIEBSBEDINGUNGEN UND ERGEBNIS

Durchflussmenge:	**Schalldruckpegel:**
3,0 l/min	38 dB(A)
5,0 l/min	38 dB(A)

9 BEMERKUNG
keine

10 GÜLTIGKEIT DER BESCHEINIGUNG:

Ort, Datum: München, 29.06.2005 Dr. Ralf Schirmer

11 Qualitätssicherung durch:

Ort, Datum: München, 29.06.2005 Dipl.-Ing.(FH) Frank Celler